# Reinigungs- und Desinfektionsempfehlung

## Hinweise zur hygienischen Anwendung

Mit der Entscheidung für den Einsatz unserer Produkte haben Sie einen wichtigen Schritt zur Sicherstellung hygienischer Verhältnisse in Ihrem Arbeitsumfeld getan. Um Ihnen die Arbeit mit diesen Geräten zu erleichtern, ihre Funktionsfähigkeit langfristig zu erhalten und die hygienischen Vorgaben einzuhalten, möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben.

Bitte beachten Sie die Angaben zum Schutzgrad des von Ihnen verwendeten Gerätetyps. Stellen Sie vor Beginn der Reinigung sicher, dass durch Druck auf Tasten oder Bedienelemente während des Reinigungsprozesses keine ungewollten Aktionen ausgelöst werden. Wechseln Sie ggf. temporär in eine unkritische Applikation. Es wird empfohlen, die Reinigung und Desinfektion bei abgeschaltetem Rechner durchzuführen.

Die Art und Häufigkeit der erforderlichen Reinigung und Desinfektion hängen vom jeweiligen Einsatzbereich sowie den spezifischen hygienischen Anforderungen der Einrichtung ab. Ihr Hygienebeauftragter kann Sie bei der Ausarbeitung lokaler Hygienepläne gezielt beraten. Aufgrund der Vielzahl der am Markt angebotenen Substanzen und kontinuierlicher Marktbewegungen ist es uns leider nicht möglich, eine verbindliche Empfehlung zur Desinfektion unserer Produkte abzugeben. Insofern können wir keine Haftung für den Einsatz und die Anwendung dieser Substanzen übernehmen. Grundsätzlich ist nur eine Orientierung hinsichtlich der einzusetzenden Substanzen möglich, nämlich eine aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Ethanol-Basis.

# Reinigungs- und Desinfektionsempfehlung

## Reinigung / Desinfektion:

Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen, sauberen Tuch ab und halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers oder das Krankenhausprotokoll.

• Das Produkt und seine Peripheriegeräte dürfen nicht eingetaucht oder abgespült werden. Wenn Sie versehentlich Flüssigkeit auf das Gerät verschütten, trennen Sie das Gerät von der Stromquelle. Setzen Sie sich mit Ihrem IT-Berater bezüglich der weiteren Sicherheit des Geräts in Verbindung, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

• Sprühen Sie keine Reinigungsmittel auf das Gehäuse.

• Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die Phenol enthalten.

• Das Produkt oder seine Peripheriegeräte nicht autoklavieren oder mit starken aromatischen, chlorierten, ketonhaltigen, etherhaltigen oder estherhaltigen Lösungsmitteln, scharfen Werkzeugen oder Schleifmitteln reinigen. Tauchen Sie elektrische Steckverbinder niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Zur Beantwortung etwaiger Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

# Reinigungs- und Desinfektionsempfehlung

| Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Baaske Medical Panel PC |
|---|---|
| CIDEX | ✓ |
| Control III Desinfektions- und Keimtötungsmittel | ✓ |
| Caviwipes | ✓ |
| Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101 | ✓ |
| Puregreen 24 Desinfektionsmittel | ✓ |
| Alkohol | ✓ |
| Isopropylalkohol (Isopropanol) | ✓ |
| Aceton | ✓ |
| LpH se | ✓ |
| Bleichmittel | ✓ |
| Chlorid | ✓ |
| Actichlor | ✓ |
| Betasept | ✓ |
| Mikrozid | ✓ |
| Viraguard | ✓ |
| Windex | ✓ |
| Incidin | ✓ |
| Virkon | ✓ |
| SDW 70C | ✓ |
| Trigene | ✓ |
| Antigone | ✓ |
| SporeClear | ✓ |
| MikroBac | ✓ |
| Peridox | ✓ |
| 3M HB Quat | ✓ |
| Natriumhypochlorit | ✓ |