Reinigungs- und Desinfektionsempfehlung

Hinweise zur hygienischen Anwendung

Mit der Entscheidung für den Einsatz unserer Produkte haben Sie einen wichtigen Schritt zur Sicherstellung hygienischer Verhältnisse in Ihrem Arbeitsumfeld getan. Um Ihnen die Arbeit mit diesen Geräten zu erleichtern, ihre Funktionsfähigkeit langfristig zu erhalten und die hygienischen Vorgaben einzuhalten, möchten wir Ihnen im Folgenden einige Hinweise geben.

Das hygienische Mauspad aus Silikon von Baaske Medical zeichnet sich durch seine hauchdünne, rutschfeste Ausführung und seine angenehme Haptik aus. Die fein strukturierte Oberfläche ermöglicht eine präzise Steuerung, auch mit hochauflösenden Lasermäusen, und ist besonders leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Die Art und Häufigkeit der erforderlichen Reinigung und Desinfektion hängen vom jeweiligen Einsatzbereich sowie den spezifischen hygienischen Anforderungen der Einrichtung ab. Ihr Hygienebeauftragter kann Sie bei der Ausarbeitung lokaler Hygienepläne gezielt beraten. Das Silikon-Mauspad kann mit Wasser, Seife, handelsüblichen Desinfektionsmitteln oder 10-prozentiger Bleiche gereinigt werden. Darüber hinaus ist eine Aufbereitung im Thermodesinfektor oder Autoklaven bei bis zu 108 °C möglich. Beachten Sie dabei stets die jeweiligen Anwendungshinweise der Hersteller und die geltenden Hygienevorgaben Ihrer Einrichtung.

Reinigungs- und Desinfektionsempfehlung

Reinigung / Desinfektion:

Für die routinemäßige Reinigung empfehlen wir, das Produkt mit einem weichen Mikrofasertuch abzuwischen, das mit lauwarmem Wasser und einer kleinen Menge eines milden, pH-neutralen Reinigungsmittels angefeuchtet ist. Wischen Sie das Produkt anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und lassen Sie es flach liegend bei Raumtemperatur an der Luft trocknen.

- Das Produkt ist desinfizierbar. Verwenden Sie hierfür geeignete Flächendesinfektionsmittel. Testen Sie das ausgewählte Desinfektionsmittel vor der erstmaligen Anwendung zunächst an einer unauffälligen Ecke des Mauspads, um die Materialverträglichkeit zu prüfen.

- Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, einschließlich 70 % Isopropylalkohol (IPA), sollten nur nach vorheriger Verträglichkeitsprüfung verwendet werden, da diese die Farbe, den Glanz, die Haftfähigkeit oder die Oberflächenbeschaffenheit des Produkts beeinträchtigen können.

- Das Silikon-Mauspad ist für die thermische Aufbereitung bei Temperaturen von bis zu 108 °C im Autoklaven oder Thermodesinfektor geeignet.

- Tragen Sie Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf ein weiches Tuch auf und wischen Sie damit die Oberfläche ab. Sprühen Sie keine Mittel direkt auf das Produkt und vermeiden Sie längeres Einweichen.

- Vermeiden Sie scheuernde Schwämme, stark alkalische oder saure Reinigungsmittel, Aceton, Verdünner und Bleichmittel.

Für den regelmäßigen Gebrauch empfehlen wir eine schonende Reinigung mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel.

Zur Beantwortung etwaiger Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.